

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000201/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000039  
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 21/12/2023 12:00:00 Abertura: 21/12/2023 12:00:00 Proposta: 21/12/2023 12:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid	Med	Quantidade
00001	000044827	BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA	C	UNIDAD	5,0000

Especificação: \* Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto.  
\* Pré-lavagem automática no filtro coletor.  
\* Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna.  
\* Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente.  
\* Produto patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).  
\* Turbina completa em liga de bronze.  
\* Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza.  
\* Filtro de entrada de água.  
\* Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa.  
\* Motor com eixo central em inox.  
\* Garantia: 12 meses.  
\* Largura: 28cm.  
\* Altura: 31cm.  
\* Comprimento: 26cm.  
\* Peso Bruto: 20,70 Kg.  
\* Comando de acionamento: Eletrônico.  
\* Vácuo Máximo: 450 mmHg/17,62 inHg.  
\* Motor (potência): 1/2 CV.  
\* Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz.  
\* Alimentação: Bivolt 110V / 220V.  
\* Frequência: 60 Hz.  
\* Corrente: 14,7A(220V) / 9,5A(110V).  
\* Tensão na placa de comando: 24 V.  
\* Vazão de ar máxima: 200L/min.  
\* Consumo de água: 0,30L/min.  
\* Sistema Úmido.  
\* 60 Decibéis.

00002	000012133	CADEIRA ODONTOLOGICA	C	UNIDAD	3,0000
-------	-----------	----------------------	---	--------	--------

Especificação: Descrição  
- Design arrojado com linhas arredondadas.  
- Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto.

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

---

Número do Processo: 000201/2023      Modalidade: Pregão Eletrônico      Sequencial: 000039  
Data: 30/11/2023      Inciso:      Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023      **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 21/12/2023 12:00:00      Abertura: 21/12/2023 12:00:00      Proposta: 21/12/2023 12:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG.

---

Acionamentos pelo pedal  
PT- Programação de trabalho.  
VZ- Volta zero.  
SE- Subida e descida do encosto.  
DE- Descida do encosto.  
SA- Subida do assento.  
DA- Descida do assento.  
AR- Acionamento do refletor.  
-Três programações de trabalho com memorização do status do refletor;  
-Acionamento e ajuste de intensidade do refletor;  
-Volta automática à posição zero;  
-Subida e descida do assento e do encosto;  
-Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos.  
Articulação central  
-Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.  
Base  
-Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso.  
Altura do assento em relação ao solo  
-Mínima de 450 mm.  
-Máxima de 900 mm.  
Estofamento amplo  
-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.  
-Sistema Easy-fix, que permite a remoção rápida do estofamento.  
Sistema de elevação  
-Eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts.  
Apoio dos braços  
-Dois braços fixos GLX.  
Sistema eletrônico  
-Integrado e de baixa voltagem: 24 volts.  
Tensão de alimentação  
-127 ou 220V ~ 50/60Hz.  
Encosto da cabeça  
-Removível, anatômico, com movimento biarticulável.  
-Biarticulável.  
Ambidestro  
  
- Equip  
Composição:

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

---

Número do Processo: 000201/2023      Modalidade: Pregão Eletrônico      Sequencial: 000039  
Data: 30/11/2023      Inciso:      Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023      **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 21/12/2023 12:00:00      Abertura: 21/12/2023 12:00:00      Proposta: 21/12/2023 12:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG.

---

- Seringa tríplice.
- 1 terminal com spray para alta rotação.
- 1 terminal para micromotor pneumático.
- Braços
- Mecânico. -Garante praticidade e desempenho no seu dia a dia.
- Pedal
- Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal.
- Seringa tríplice
- Bico giratório, removível e autoclavável.
- Mangueiras
- Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.
- Suporte das pontas
- Com acionamento pneumático individual.
- Tampo de inox
- Removível.
- Fácil de limpar.
- Garante mais praticidade e resistência à corrosão.
- Caixa de ligação
- Compacta construída em ABS com cantos arredondados.
- Pintura
- Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo.
- Corpo do equipo
- Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto.
- Puxador
- Frontal e central.
- Botão de acionamento do fluxo de água da cuba
- Reservatório translúcido para:
- Água das peças de mão e seringa tríplice.
- Ambidestro
  
- Unidade de Água
- Composição
- 1 suctor de saliva a ar (Sistema Venturi).
- Sistema pneumático para acionamento automático do suctor
- Mangueiras
- Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.
- Com filtro de detritos e engate rápido.
- Cuba
- Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

---

Número do Processo: 000201/2023      Modalidade: Pregão Eletrônico      Sequencial: 000039  
Data: 30/11/2023      Inciso:      Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023      **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 21/12/2023 12:00:00      Abertura: 21/12/2023 12:00:00      Proposta: 21/12/2023 12:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG.

---

- Sistema de regulagem da vazão da água  
-Permite a regulagem fina do fluxo de água.  
Condutor de água bacia  
-Pintado em tinta a pó epóxi.  
Estrutura  
-Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados.  
Filtro de detritos  
-Facilita a limpeza e desinfecção.  
Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira  
-Localizado na lateral da unidade de água.  
Ambidestro
- Refletor  
Tecnologia de iluminação – LED  
– Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais;  
– Não utiliza lâmpadas;  
– Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas.  
Sensor de proximidade  
-O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada.  
-A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade.  
-O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação.  
Fonte de luz fria  
-Não gera calor no campo operatório.  
Luz branca gerada através de LED InGaN-P  
-Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos (pesquisa IFSC-USP “LUZ CONVENCIONAL E LEDs COMO ILUMINADORES ODONTOLÓGICOS: A PERCEPÇÃO DAS CORES”).  
Foco de luz retangular  
-Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente.  
-Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho.  
Design  
-Totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio.  
Cabeçote  
-Em material resistente, com giro de 620º. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições.  
-Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização.  
Puxadores  
-Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis.  
-O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional.  
Protetor Frontal  
-Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol.

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000201/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000039  
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 21/12/2023 12:00:00 Abertura: 21/12/2023 12:00:00 Proposta: 21/12/2023 12:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG.

Consultório  
Composto por:  
Cadeira  
Equipo  
Unidade de Água  
Refletor

00003 000053835 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO CMO-8/50BR 120LBS C P UNIDAD 5,0000  
220V

DADOS TÉCNICOS:  
MÍNIMO 60 LITROS  
NUMERO DE FASES: MONOFÁSICO  
FREQUÊNCIA: 60 HZ  
POTENCIA DO MOTOR: 2 HP  
DESLOCAMENTO TEÓRICO: 8 PÉS<sup>3</sup>/MIN. – 227 L/MIN. NÚMERO DE ESTÁGIOS:  
1 ESTAGIO  
NÚMERO DE PISTÃO: 2 - L  
NÚMERO DE POLOS: 4 POLOS  
PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO): 80 LBF/POL<sup>2</sup> - 5,5 BAR PRESSÃO DE  
OPERAÇÃO (MÁXIMO): 120 LBF/POL<sup>2</sup> - 6,9 BAR  
ROTAÇÃO DA UNIDADE COMPRESSORA: 1750 RPM VOLUME DE ÓLEO:  
ISENTO

Especificação:

00004 000053826 CONTRA ÂNGULO C UNIDAD 7,0000

INDICADO PARA PREPARAÇÃO DE CAVIDADES. SISTEMA SACA BROCAS.  
GIRO LIVRE DE 360°. USO COM MICRO MOTOR  
PNEUMÁTICO.ACOPLAMENTO INTRAMATIC.  
SPRAY EXTERNO. UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E BROCAS DE ALTA  
ROTAÇÃO DE 1,6MM (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL). BAIXO  
NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL A  
ANGULAÇÃO DA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO FAVORECE A PEGA DURANTE  
OS PROCEDIMENTOS, EVITANDO A MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA  
MÃO DO DENTISTA.  
MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. GARANTIA: 1 ANO.

Especificação:

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000201/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000039  
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 21/12/2023 12:00:00 Abertura: 21/12/2023 12:00:00 Proposta: 21/12/2023 12:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG.

---

00005	000053827	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO FOTOPOLIMERIZADOR E FOTOCLAREADOR LED EC450 1200 MW/CM² - APARELHO DE POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS QUE UTILIZA UMA FONTE DE LUZ AZUL PARA A CURA (FOTOPOLIMERIZAÇÃO) DA RESINA, COM RADIÔMETRO	C	UNIDAD	10,0000
-------	-----------	--	---	--------	---------

Especificação:

---

00006	000053828	KIT PARA BOMBA DE VÁCUO INFORMAÇÕES DO PRODUTO KIT PARA BOMBA DE VÁCUO 2 SUCTORES DE 6MM (SALIVA) E 11MM (SANGUE) – SEM FILTRO. COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. - SUCTORES REGULADORES DE SUÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTEIRAS CROMADAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. DESIGN EXCLUSIVO COM CORPO LISO ISENTO DE REGISTROS LATERAIS. SUAS PONTEIRAS CROMADAS PODEM SER ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE COMO RESERVA DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PESO LÍQUIDO: 1,270 KG PESO BRUTO C/ EMBALAGEM: 1,760 KG - ACOMPANHA 1 KIT PARA BOMBA DE VÁCUO 1 MANUAIS 1 CERTIFICADO DE GARANTIA	C	UNIDAD	7,0000
-------	-----------	---	---	--------	--------

Especificação:

---

00007	000053829	KIT PROFILAXIA I (KIT COM 1 JETFLEX I, 1 CAVFLEX E ACESSÓRIOS) JETFLEX : - BICO GIRATÓRIO E REMOVÍVEL; - ACOPLADO DIRETAMENTE AO TERMINAL DE EQUIPO; - TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE QUE POSSIBILITA UM ACOMPANHAMENTO VISUAL DA QUANTIDADE DE BICARBONATO DISPONÍVEL;  CAVFLEX : - ACOMPANHA 2 TIPS UNIVERSAIS; - REMOVEDOR DE TÁRTARO; - BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; - ACOPLADO DIRETAMENTE AO TERMINAL DO EQUIPO;	C	KIT	6,0000
-------	-----------	--	---	-----	--------

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000201/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000039  
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 21/12/2023 12:00:00 Abertura: 21/12/2023 12:00:00 Proposta: 21/12/2023 12:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG.

- SEU CORPO POSSUI POUCAS LINHAS E EXCELENTE DESIGN,  
PROPORCIONANDO ERGONOMIA E FACILIDADE NA ASSEPSIA.  
- ACOMPANHA INSTRUÇÕES DE USO, O CERTIFICADO DE GARANTIA E SEUS  
ACESSÓRIOS.

Especificação:

00008 000053830 MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO C UNIDAD 7,0000  
INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA  
ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM  
LABORATÓRIO DE PRÓTESE. ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC. SPRAY  
INTERNO. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. ENCAIXE INTRAMATIC  
UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. BAIXO NÍVEL  
DE RUÍDO E VIBRAÇÃO: MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE.  
ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C.\* GARANTIA: 1 ANO.

Especificação:

00009 000053831 MOCHO ODONTOLÓGICO COM CADEIRA C UNIDAD 7,0000  
MODELO: ESTOFAMENTO PARA FISIOMOCHO SN  
ASSENTO PLASTIFICADO E ANATÔMICO. MOCHO A GÁS. COM ARO DE  
SUSTENTAÇÃO, ESPUMA: INJETADA.

Especificação:

00010 000053832 PEÇA RETA C UNIDAD 5,0000  
INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA  
ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM  
LABORATÓRIO DE PRÓTESE. LIMPEZA INTERNA DE "INLAY-ONLAY" DE  
RESINA E CERÂMICA.  
PARA SER USADA COM MICRO MOTOR DE ENCAIXE BORDEN (2 FUROS); -  
SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA; -SISTEMA DE  
ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL INTRA; -ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE  
ATÉ 135°C; -ACOPLAMENTO BORDEN; -MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE  
20.000 RPM; -SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA DE GIRO DE ANEL; -  
REFRIGERAÇÃO EXTERNA; -TRANSMISSÃO 1:1; -GARANTIA: 1 ANO.

Especificação:

00011 000053833 TURBINA (CANETA) EXTRA TORQUE 605 ALTA ROTAÇÃO C UNIDAD 10,0000  
APARELHO DESTINADO A REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES, ENTHÉ  
OUTROS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. ENCAIXE: BORDEN. SPRAY:

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000201/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000039  
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 21/12/2023 12:00:00 Abertura: 21/12/2023 12:00:00 Proposta: 21/12/2023 12:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG.

TRIPLO. ROLAMENTO METÁLICO. VELOCIDADE: 380.000 RPM. FIXAÇÃO DA  
BROCA: FG - SACA BROCAS. PRESSÃO AR: 32 LBS. BALANCEAMENTO: SIM.  
AUTOCLAVÁVEL: 135°C - 1000 X. RUÍDO: 64 DECIBÉIS. GARANTIA: 1 ANO.  
PRODUZIDO COM LATÃO, ALUMÍNIO E COMPONENTES DE AÇO INOX. LINHAS  
SIMÉTRICAS E HARMONIOSAS.

Especificação:

00012 000053834 ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO - BIVOLT C UNIDAD 10,0000

Especificação: \* EQUIPAMENTO MODERNO E ARROJADO.  
\* TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ.  
\* BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA.  
\* RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL.  
CARACTERÍSTICAS DA PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO  
\* AUTOCLAVÁVEL.  
\* REMOVÍVEL.  
\* MISTURA DE AR, ÁGUA E BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA ATRAVÉS DO DIFUSOR CONCÊNTRICO PARA EVITAR O ENTUPIMENTO.  
\* TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL LIMPEZA.  
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL  
\* SELETORES DIGITAIS DE OPERAÇÃO.  
\* SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO COM OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS (PERIO, ENDO E SCALLING).  
\* AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BI-CARBONATO.  
\* AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO. MAS TAMBÉM PERMITE A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS A SECO (CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS, ETC).  
\* AJUSTE FINO DA POTÊNCIA, ADEQUADO A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO.  
\* TECLA DE LIGAR/DESLIGAR COM LED DE INDICAÇÃO NO PAINEL.  
INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
\* DIMENSÕES APROXIMADAS: 37 X 39,5 X 27 CM.  
\* PESO APROXIMADO: 5 KG.  
\* ALIMENTAÇÃO: 127V/220V.  
\* POTÊNCIA: 60 VA.  
\* CONSUMO: 0,43 A.  
\* FUSÍVEL: 1A (127/220 V~).  
\* CAPACIDADE DE LÍQUIDO NO RESERVATÓRIO: 1 LI-TRO.  
\* FREQUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES DO ULTRASSOM: 30.000 HZ.  
\* PRESSÃO DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO: MÁXIMA 80 PSI / MÍNIMA 70 PSI.  
\* CONSUMO MÁXIMO DE AR: 80 L/MIN.  
\* TEMPERATURA MÁXIMA DO TIP EM UTILIZAÇÃO NORMAL: 114,2°C.  
\* GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE.



UF: MG  
Município: ALTO JEQUITIBA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/12/2023 10:33:43  
Folha: 9

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

---

Número do Processo: 000201/2023      Modalidade: Pregão Eletrônico      Sequencial: 000039  
Data: 30/11/2023      Inciso:      Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023      **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 21/12/2023 12:00:00      Abertura: 21/12/2023 12:00:00      Proposta: 21/12/2023 12:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG.

---

REFERÊNCIA DE MERCADO: GNATUS - JET SONIC; DABI ATLANTE - PROFI NEO.

---

-----

---