

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
1	10,0000	UNIDADE	40342	OCULOS DE PROTECAO COM LENTE INCOLOR. (oculos de segurana com lentes de policarbonato incolor, para proteo aos olhos contra partculas volantes, produtos quimicos e fluidos corpreos; Com cordo de segurana.Possui tratamento antiembaante nos lados interno e externo.)						
2	3,0000	UNIDADE	34204	AUTOCLAVE 21 LITROS DESCRICAO: 1 AUTOCLAVE HORIZONTAL;G 1 CABO DE ENERGIA;G 2 BANDEJAS DE ALUMINIO;G 1 COPO MEDIDOR DE PLASTICO;G 1 MANGUEIRA DE DRENAGEM;G 1 MANUAL DE INSTRUCOES,G CAMARAS DE ESTERILIZACAO EM ACO INOX, DRENAGEM POR CIRCUITO FECHADO DO VAPOR EXCEDENTE,ATRAVES DE TUBULACAO DE DESCARGA;G ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVES DE PAINEL DIGITAL LCD COM AVISOS VISUAIS E SONOROS;G DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE FUNCIONAMENTO, COM ATUACAO AUTOMATICA E MENSAGENS VISUAIS E SONORAS QUE INDICAM ERROS DE OPERACAO OU FUNCIONAMENTO;G OS CICLOS SAO CONTROLADOS AUTOMATICAMENTE ATRAVES DO MICROPROCESSADOR ELETRONICO SMT (SURFACE MOUNT TECHNOLOGY);G MILHARES DE CICLOS PROGRAMAVEIS PARA ESCOLHER A MELHOR FORMA DE ESTERILIZAR OS MAIS DIVERSOS, MATERIAIS, SENDO POSSIVEL O AJUSTE DE TEMPOS SEGUNDO A SEGUNDO E DE TEMPERATURA GRAU A GRAU TANTO NA ESTERILIZACAO QUANTO NA SECAGEM;G MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDO A ATUACAO DESCONTINUA DA RESISTENCIA DURANTE O CICLO;G TAMPAS COM CONSTRUCAO ESPECIAL E FECHO DE TRIPLO ESTAGIO, MUITO MAIS SEGURANCA E PRATICIDADE NO MOMENTO DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO;G SECAGEM EFICIENTE DO MATERIAL COM OPCAO DE SECAGENS EXTRAS E TOTALMENTE PROGRAMAVEIS.						
3	30,0000	UNIDADE	36667	TALA PARA IMOBILIZACAO DE PERNAS EM E.V.A TAMANHO G						
4	20,0000	UNIDADE	36668	TALA PARA IMOBILIZACAO DE PERNAS EM E.V.A TAMANHO M						
5	20,0000	UNIDADE	36669	TALA PARA IMOBILIZACAO DE PERNAS EM E.V.A TAMANHO P						
6	10,0000	UNIDADE	37554	TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR (TERMOMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA MXIMA E MNIMA INTERNA E EXTERNA COM CABO DE 2,30MTS) Informaes: Os Termetros Para Mxima E Mnima So Instrumentos Com Visor De Fcil Leitura E Design Arrojado, Destinados Para Medir A Temperatura. Indicador De Temperatura Externa E Interna, Funo Mxima E Mnima,Leitura Em °C E °F. Indicao - Indicado Para						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				Medir A Temperatura. Caractersticas - O Indicador De Temperatura Externa E Interna - Funo Mxima E Mnima - Leitura Em C E F - Visor Em Cristal Liquido De Fcil Visualizao - Cabo De Aproximadamente 2,30m. Informaes Tcnicas - Escala Interna: -20C 70C (32°F A 122°F) - Escala Externa: -50C 70C (-58°F A 158°F) - Resoluo: 0,1C/°F - Preciso: ± 1C/°F - Peso: 100g - Alimentao: 1 Pilha Aaa Pilhas/Baterias No Inclusas						
7	20,0000	UNIDADE	39001	PESCA LARVAS - CONFECCIONADO EM ARAME COBERTO COM PLASTICO VERDE, COM CABO DE 28CM, E PUCA NO SEGUINTE TAMANHO 10.5CM X 9CM LARGURA X 10CM FUNDO (NYLON BRANCO).						
8	5,0000	UNIDADE	41220	CAIXA TERMICA 12LTS. POSSUEM - PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, TAMPA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. ALEM DISSO, SAO DESENVOLVIDAS COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR, O QUE GARANTE A QUALIDADE E A DURABILIDADE DO PRODUTO. ESPECIFICACOES: MATERIAL POLIPROPILENO - CAPACIDADE 12 LITROS; ALTURA 29 CENTIMETROS; LARGURA 24 CENTIMETROS; COMPRIMENTO 33,50 CENTIMETROS.						
9	5,0000	UNIDADE	41221	CAIXA TERMICA 6LTS. A POSSUEM- PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, TAMPA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. ALEM DISSO, SAO DESENVOLVIDAS COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODOR, O QUE GARANTE A QUALIDADE E A DURABILIDADE DO PRODUTO. ESPECIFICACOES - MATERIAL POLIPROPILILENO - CAPACIDADE 6 LITROS - ALTURA 24CM - LARGURA 20,50CM - COMPRIMENTO 30CM.						
10	20,0000	UNIDADE	41979	FLUXOMETRO P OXIGENIO KIT COMP REGULADOR PARA O2 COM VALVULA E UNIDIFICADOR, KIT COMPLETO.						
11	10,0000	UNIDADE	42151	TERMOMETRO DIG. INFRAVERMELHO SEM CONTATO TESTA ORELHA E CORPORAL, COM MEDICAO DE ALTA PRECISAO E RAPIDA PISTOLA DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO DISPLAY LCD 31/2 DIGITOS COM LEITURA MAXIMA DE 1999 ILUMINACAO FAIXAS DE MEDICAO -50°C A 580°C (-4°F A +752°F) RESOLUCAO 0,1°C (0,1°F) TEMPO DE RESPOSTA 250MS, MEDIDAS DE MAXIMO MINIMO FUNCAO HI/LO FUNCAO SCAN MUDANCA DE FAIXA AUTOMATICA AUTODESLIGAMENTO. ESPECTRAL: 8~1UM MIRA LASER COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO (635~670NM) EMISSIVIDADE AJUSTAVEL DE 0,1~1,0 CAMPO DE VISAO 12:1 PRECISAO BASICA + - 2% LEITURA OU + -2°C POTENCIA DE SAIDA < 1MW CLASSE II TEMPERATURA DE OPERACAO 0~50°C (32~120°F) CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO 03 MESES						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
12	2,0000	UNIDADE	42191	ESCADINHA CLINICA PISO ACO ESCADINHA CLINICA PISO AO 2 DEGRAUS; CAP, 200 KG P/OBESO; DESCRICAO: ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO CARBONO, PINTURA EPOXI; PISO CHAPA DE ACO CARBONO C/REFORCO, REV. BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PES COM PONTEIRAS PLASTICAS; DIMENSOES APROX. 390X540X330 MM. CAP. APROX. 200 KG					
13	20,0000	UNIDADE	43884	COLAR CERVICAL PARA RESGATE. INFANTIL. CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM,VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO,MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA,SUPORTE MENTONIANO,ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E ABERTURA PARA PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA.					
14	4,0000	UNIDADE	44594	CAIXA DE INOX LISA PARA ESTERILIZACAO TAMANHO 26X12X06CM					
15	20,0000	UNIDADE	45442	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO TIPO DE OXIMETRO:DEDO; FUCOES:CURVA PLESTIMOGRAFICA, PRBPM, SPO2, TIPOS DE ALIMENTACAO PILHA AAA COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO:SIM					
16	1,0000	UNIDADE	43910	MESA CIRURGICA VETERINARIA COM TAMPO EM ACO INOX MESA CALHA UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, COM ALTURA REGULAVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL,COM CALHA ARTICULAVEL, POSSIBILITANDO DIVERSAS POSICOES AO PACIENTE VETERINARIO (CONFORME O PROCEDIMENTO REALIZADO), COM FURO NO CENTRO PARA ESCOAMENTO DE FLUIDOS (DRENO). ACOMPANHA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA,SUPORTE DE AMARRA PARA CONTENCAO E AMARRA DO ANIMAL E BALDE, AMBOS EM ACO INOXIDAVEL. ESTRUTURA: ESTRUTURA - FABRICADA EM ACO INOX, TUBO QUADRADO 50 X 50 X 1,5 MM, E, TUBO QUADRADO 40 X 40 X 1,5 MM.CALHA - FABRICADA EM ACO INOX, CHAPA BITOLA #22 (0,75 MM DE ESPESURA). ACABAMENTO: ACO INOXIDAVEL E PONTEIRAS DE PVC NOS PES DA MESA. MOVIMENTOS A EXECUTAR: REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVES DE MANIPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVES DE MANIPULO LATERAL. REGULAGEM DA POSICAO DA CALHA ATRAVES DE SISTEMA DE CREMALHEIRA. DIMENSOES: COMPRIMENTO TOTAL = 1150 MM, COMPRIMENTO LEITO-CALHA = 1126 MM, LARGURA MIN. (CALHA NA POSICAO TOTALMENTE ABERTA) = 600 MM, LARGURA MAX. (CALHA NA POSICAO TOTALMENTE FECHADA EM "V") = 291 MM, ALTURA MIN. = 800 MM, ALTURA MAX. = 1000 MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA: 120					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				KG.					
17	25,0000	UNIDADE	12059	BALANCA DIGITAL BALANCA EM VIDRO DESIGN MODERNO CAPACIDADE PARA PESAR ATE 180KG POSSUI PLATAFORMA DE 6MM DE VIDRO TEMPERADO E VISOR DE LCD.FUNCOES DE AUTO DESLIGAMENTO E CONFIRMACAO DE PESAGEM AUTOMATICA POSSUI INDICADOR DE BATERIA FRACA.					
18	2,0000	UNIDADE	12189	CADEIRA DE BANHO FABRICADA PARA SUPORTAR ATE 100KG, COM ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, SUPORTE PARA COMADRE, ENCOSTO EM COURINHO FLEXIVEL, APOIO DE PES REMOVIVEL, RODIZIOS GIRATORIOS COM TRAVA E ESTRUTURA DOBRAVEL.					
19	5,0000	UNIDADE	12319	MARRECO INOX					
20	50,0000	UNIDADE	2028	TERMOMETRO CLINICO					
21	20,0000	UNIDADE	31052	COLAR CERVICAL RESGATE G COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E ABERTURA PARA PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA.					
22	30,0000	UNIDADE	34376	TALA PARA IMOBILIZACAO- BRACO					
23	5,0000	UNIDADE	37272	CAIXA TERMICA 26LT COM TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA ACOPLADO NA CAIXA (CAPACIDADE TOTAL DE 26 LITROS; TAMPA E CORPO CONFECCIONADOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEDH); ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO (PU); TAMPA FIXA; ALCA CENTRAL ESCAMOTEAVEL; DOBRADICAS EM NYLON COM PARAFUSOS EM ACO INOX E LIMITADOR DE ABERTURA DA TAMPA; FORNECIDA NA COR AZUL NO CORPO E BRANCA NA TAMPA, COM ALCA E DOBRADICAS. DIMENSOES EXTERNAS 280 (L), 510 (C) 320 (A); DIMENSOES INTERNAS 210 (L) 465 (C) 245 (A); ESPESSURA MAXIMA DA PAREDE 36,4 - PESO 3,5KG.					
24	4,0000	UNIDADE	37274	CAMA HOSPITALAR FAWLER MECANICA. MOVIMENTOS: ELEVACAO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXAO DE PERNAS, CARDIACO E SENTADO; ACIONAMENTO ATRAVES DE MANIVELAS; ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO; CABECEIRAS REMOVIVEIS EM MATERIAL TERMOPLASTICO INJETADO DECORATIVO;					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
25	1,0000	UNIDADE	37279	ACOMPANHA GRADES E ACO CARBONO; RODIZIOS DE 3' SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL; CAPACIDADE MAXIMA: 150KG; DIMENSOES UTEIS: 1,90 X 0,90 X 0,65. ACOMPANHA COLCHAO D28						
				ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS E 12 DERIVACOES SIMULTANEAS. LAUDO INTERPRETATIVO BASEADO NO AVANÇADO CODIGO DE MINESSOTA DE CLASSIFICACAO DE ARRITIMIAS; IMPRESSAO EM PAPEL TERMO-SENSIVELMENTE MILIMETRADO, PAPEL A4 OU FAX; VELOCIDADE DE AVANÇO DO PAPEL AJUSTAVEL ENTRE 25MM/SEG E 50MM/SEG; OPERACAO EM MODO MANUAL E AUTOMATICO; AQUISICAO DAS 12 DERIVACOES PRESSIONANDO APENAS 1 TECLA; MEMORIA DO ULTIMO EXAME REALIZADO; TECLADO ALFANUMERICO P/ ENTRADA DE DADOS DO PACIENTE; DISPLAY C/ VISOR CRISTAL LIQUIDO DIGITAL QUE POSSIBILITE VISUALIZAR A PROGRAMACAO DO EQUIPAMENTO E PROBLEMAS DE MAU CONTATO DE ELETRODOS; FILTROS DIGITAIS SELECIONAVEIS CONTRA INTERFERENCIAS DA REDE ELETRICA, TREMORES MUSCULARES E DESVIOS DA LINHA DE BASE; PROTECAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADORES; RESPOSTA FREQUENCIA DE 0,05 A 150HZ; PORTA R232 E LAN RJ-45; ATUALIZAO DE SOFTWARE PELA INTERNET GRATUITAMENTE; CABO DE FORÇA COM 3 PINOS; CABO PACIENTE DE 10 VIAS; CONJ DE 6 ELETRODOS PRECORDIAIS E 4 ELETRODOS DE MEMBROS; 01 BOBINA DE PAPEL TERMO-SENSIVEL COM RENDIMENTO P/100 EXAMES; MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES; ALIMENTACAO, BATERIA RECARREGAVEL E REDE ELETRICA AUTOMATICA 110 E 220 VOLTS.						
26	6,0000	UNIDADE	37284	CINTO TIRANTE ARANHA P/RESGATE ADULTO.						
27	6,0000	UNIDADE	37288	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA HEAD BLOCK						
28	20,0000	UNIDADE	40167	PERA P/MONITORAMENTO EM ECG - ELETRODOS PRECORDIAIS.						
29	100,0000	UNIDADE	40179	ROLO DE PAPEL TERMICO ELECTRO- CARDIOGRAFO. MEDIDAS: 80mm x 20m OU 80mm x 30m - PARA MODELO: EDAN SE-3.						
30	10,0000	UNIDADE	40191	TERMOMETRO ANALOGICO P/VACINA -25+30°C DIVISAO 1°C.						
31	50,0000	UNIDADE	40192	TERMOMETRO DIGITAL COM PONTA FLEXVEL (Tempo para medio: lmin Alerta sonoro ao final da medio).						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
32	50,0000	UNIDADE	40212	UMIDIFICADOR P/ OXIGENOTERAPIA					
33	1,0000	UNIDADE	40239	DESFIBRILADOR AUTOMAT. EXTERNO DESCRICAO DEA - com visualizacao de ECG e funcao manual. Atuacao dupla: como desfibrilador manual ou DEA; Orientacao por voz e por indicadores visuais na tela LCD; Minimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condies); Inteligencia artificial: diagnostico acurado das condicoes do paciente, indicando ou no a aplicacao do choque e impedindo uso accidental (modo DEA); Utilizacao horizontal ou vertical; Conexo com PC via USB, incluindo software para download e gerenciamento dos dados; Choque Bifasico; Auto-diagnostico de funes e bateria; Gravacao de eventos para posterior anali Acesso facil as pas para uso e reposicao.					
34	4,0000	UNIDADE	40251	ESCADINHA CLINICA 02 DEGRAUS - PISO CHAPA COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE STANDARD armacao em tubos redondos de 3/4 com pintura epoxi, reforada, degraus revestidos com material sinttico antiderrapante, ps com ponteiras de PVC. Escada Auxiliar de dois degraus, para facilitar a subida e descida do paciente na maca. Dimensao aproximada: 380 x 340 x 330 mm (C x L x A Dimensoes aproximadas do degrau(piso): Compr. 34 cm x larg. 15 cm Altura do 1º degrau em relao ao 2º degrau: 23 cm					
35	4,0000	UNIDADE	40258	FOCO AUXILIAR CLINICO COM LAMP - LAMPADA DE LED. A LUMINARIA FLEXIVEL COM RODIZIOS OFERTA EXCELENTE NIVEL DE ILUMINACAO POR SUA LAMPADA EM LED E RODIZIOS PARA FACIL DESLOCAMENTO. ATRIBUTOS DA LUMINARIA: BASE EM TRIPE DE TUBO DE ACO QUADRADO; COLUNA EM TUBO DE ACO REDONDO; HASTE FLEXIVEL EM TUBO DE ACO REDONDO CROMADO; ALTURA REGULAVEL POR MEIO DE MANIPULO; FOCO PROTETOR EM CHAPA DE ACO; PES COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 2"; LAMPADA LED DIMENSOES: ALTURA MINIMA DE 1.250 MM E MAXIMA DE 1.600 MM. DADOS TECNICOS: ALTURA VARIAVEL: SIM; PROFUNDIADE: 0,39M; LARGURA: 0,39M; ALTURA MINIMA: 1,250M / ALTURA MAXIMA: 1,60M; PESO: 3,0 KG; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTATICA					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
36	10,000	UNIDADE	40265	A PO; OPCAO: BI-VOLT (LAMPADA LED); GARANTIA DE 90 DIAS APOS O RECEBIMENTO DO PRODUTO. MALETA DE SOCORROS MEDIA 02 BA - BANDEJAS (Estojo com 2 bandejas articuladas, 11 divisoes e tampa na bandeja superior. Possui alca para cadeado.Composicao: Polipropileno, Dimensoes: 33x20x16cm).					
37	4,000	UNIDADE	40266	MALETA PARA RESGATE (BOLSA ATE - ATENCAO PRE-HOSPITALAR - APH). A Bolsa APH ideal para atendimento pre-hospitalar APH, decorada com estampa da cruz da vida. A Bolsa APH apresenta bolsos laterais e frontais, costura dupla, forro em TNT, faixas refletivas frontais e zipper de qualidade, impermeavel e lavavel, possui alca larga, de 50 mm em nylon que ajuda no transporte.					
38	1,000	UNIDADE	40267	MEDIDOR DE PH DIGITAL ESPECIFICACOES TECNICAS: FAIXAS DE MEDICAO: PH: 0.00 A 14.00 TEMPERATURA: 0 A 80C RESOLUCAO: PH: 0.01 TEMPERATURA: 0.1C EXATIDAO: PH: ±0.04 + 1 DIGITO TEMPERATURA: ±0.5C + 1 DIGITO CALIBRACAO: 4.00, 7.00 E 10.01 PH FUNCOES ADICIONAIS: - OPCAO DE MEDICAO DE ORP ATRAVES DA INSTALACAO DO ELETRODO ESPECIFICO (ORP) - CALIBRACAO (AJUSTE) EM ATE 3 PONTOS DE PH - INDICACAO DO SLOPE DO ELETRODO (%) - COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC) - RESERVATORIO DE KCL PARA ARMAZENAMENTO DO ELETRODO - SOLUCOES DE CALIBRACAO E KCL INCLUSAS - INDICACAO DO NIVEL DE CARGA DAS PILHAS NO VISOR - CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD) - REGISTROS DE MAXIMA E MINIMA PARA TEMPERATURA E PH (OU ORP) - SELECAO DE UNIDADE DE TEMPERATURA C OU F - DESLIGAMENTO AUTOMATICO POR INATIVIDADE APOS 10 MINUTOS - ELETRODO SUBSTITUIVEL - MONTAGEM MODULADA QUE FACILITA A LIMPEZA E MANUTENCAO					
39	1,000	UNIDADE	40268	MONITOR DE SINAIS VITAIS - MULTIPARAMETRO.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

DESCRICAO COMPLETA  
MONITOR DE SINAIS VITAIS - MULTIPARAMETRICO

MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRICO, EQUIPAMENTO TOP DE LINHA. APARELHO INDICADO PARA MONITORACAO CONTINUA DE PACIENTES, EXTREMAMENTE VERSATIL SE ADAPTA AO USO EM LEITO HOSPITALAR E "HOME CARE", OU ATE MESMO EM AMBULANCIAS DE RESGATE. SUA TELA DE ALTA RESOLUCAO OFERECE EXCELENTE VISUALIZACAO, O QUE PROPORCIONA A RAPIDA INTERPRETACAO DOS SINAIS VITAIS PELO PROFISSIONAL DA SAUDE. MONITOR ALTAMENTE SEGURO COM BATERIA INTEGRADA O QUE PERMITE SEU USO EM CASO DE INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ALEM DISSO POSSUI DIVERSOS ALARMES PREVENTIVOS DE MONITORAMENTO CONTINUO.

PARAMETROS DE MONITORACAO:  
- ECG  
- OXIMETRIA  
- PRESSAO ARTERIAL NAO INVASIVA  
- RESPIRACAO  
-TEMPERATURA EXTERNA

INFORMACOES TECNICAS:  
- DETECAO DE MARCAPASSO COM INDICADOR, NA TELA NA FORMA DE ONDA  
- SEGMENTO ST, AMOSTRAGEM PVC ANALISES DE ARRITMIAS;  
- TELA COLORIDA TFT DE ALTA RESOLUCAO;  
- BATERIA INTEGRADA PARA MELHOR PORTABILIDADE;  
- TOM DE PULSO DA SPO2 (PITCH TONE);  
- 128 HORAS DE ARMAZENAGEM DE DADOS;  
- PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL;  
- CONECTOR DE ALIMENTACAO DC PARA VEICULOS DE TRANSPORTE;  
- PESO MENOR QUE 3KG;  
- ATUALIZACAO DO SOFTWARE VIA INTERNET;  
- MODO DE VERIFICACAO CONTINUA;  
- LAN CONEXAO SEM FIO (OPCIONAL);  
- SUPORTA HF7 E MFER;

OPCOES PARA DIVERSOS AMBIENTES HOSPITALARES:  
- ETCO2 RESPIRONICS SIDE/MAIN STREAM  
- ECG DE 12 CANAIS E INTERPRETACAO  
- PNI SUNTECH DE ALTA PERFORMANCE

ANALISE DE ECG DE ALTA PERFORMANCE  
- SEGMENTO ST, AMOSTRAGEM PVC  
- ANALISES DE ARRITMIAS E TENDENCIAS  
- ANALISE DE ECG (OPCIONAL)

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - ) PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente



=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

TELA COLORIDA TFT 10,4" COM 6 FORMAS DE ONDAS  
SIMULTANEAS

- ALARME VISIVEL NA ALCA DE TRANSPORTE
- INDICACAO NUMERICAS E GRAFICAS
- TECNOLOGIA DE DETECCAO DE BAIXA PERFUSAO DA SPO2
- IMPRESSAO TABULAR E GRAFICA EM 3 CANAIS
- 128 HORAS DE ARMAZENAGEM DE DADOS
- ARMAZENAGEM DE ALARMES E ONDAS
- CONECTOR DE ALIMENTACAO DC PARA VEICULOS
- BATERIA DE LI-ION DE ALTA PERFORMANCE
- CONEXAO PARA CENTRAL DE MONITORIZACAO USANDO LAN OU W-LAN
- TONS DE PULSO DA OXIMETRIA
- GARANTIA DE 2 ANOS

ACESSORIOS PADRAO

- CABO DE ECG;
- 10 ELETRODOS DESCARTAVEL;
- TUBO EXTENSOR DE PNI;
- BRACADEIRA PNI ADULTO;
- SENSORES DE SPO2;
- SENSORES DE TEMPERATURA
- CABO DE ALIMENTACAO PADRAO ABNT;
- ADAPTADOR DC (18 VDC, 2.5 A);

DADOS TECNICOS

PRESSAO NAO INVASIVA DE PNI  
METODO: OSCILOMETRICO - PRESSAO DIASTOLICA /  
SISTOLICA / MEDIA;  
MODO DE OPERACAO: MANUAL / AUTOMATICO / CONTINUO;  
INTERVALO DE MEDICAO: 1 MIN, 2MIN, 3MIN, 4MIN,  
5MIN, 10MIN, 15MIN, 20MIN, 30MIN, 1H, 2H, 3H, 4H,  
8H;  
FAIXA DE MEDICAO: PRESSAO ADULTO 20-260MMHG -  
PRESSAO PEDIATRICA 20-230MMHG - PRESSAO NEONATO  
20-120MMHG;  
PRECISAO: ERRO MEDIO +- 3MMHG

TEMPERATURA

CANAIS: 1;  
FAIXA DE MEDICAO: 15 - 45C;  
PRECISAO: +- 1C;  
COMPATIBILIDADE: SENSORES DE TEMPERATURA YSI SERIE  
400;

SPO2

FAIXA DE SATURACAO: 0-100%  
RESOLUCAO: 1%  
FAIXA DE PULSO: 0-254BPM  
PRECISAO DE PULSO: +- 2BPM  
COMPATIBILIDADE: SENSORES DE OXIMETRIA NELLCOR  
CARACTERISTICAS: DETECCAO DE BAIXA PERFUSAO

RESPIRACAO

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	----------------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

METODO: IMPEDANCIA TORACICA  
SELECAO DE CANAL: RA-LA OU RA-LL  
FAIXA DE MEDICAO: 5-120 RESPIRACAO POR MINUTO  
PRECISAO: +- 1 RESPIRACAO POR MINUTO  
ALARME DE APNEIA: SIM

EKG  
SELECAO DE VIAS: 3-VIAS I,II,III;  
FAIXA DE FREQUENCIA CARDIACA: 30-350BPM;  
PRECISAO DA FREQUENCIA CARDIACA: +- 1BPM OU +-  
1%,O QUE FOR MAIOR;  
VELOCIDADE DA AMPLITUDE: 6.25, 12.5, 25, 50MM/SEG;

FILTROS: DIAGNOSTICO: 0.1~150HZ  
MONITORACAO: 0.1~ 40HZ  
MODERADO: 0.1~20HZ  
MAXIMO: 5~20HZ;  
FAIXA DE DETECCAO DO SEGUIMENTO ST: -2.0 MV;  
ANALISE DE ARRITMIA: ASSISTOLIA, VTACH, VFIB;  
DETECCAO DE MARCAPASSO: INDICADOR NA TELA DA FORMA  
DE ONDA (SELECIONAVEL PELO USUARIO);  
PROTECAO: CONTRA INTERFERENCIAS ELETRO CIRURGICAS  
E DESFIBRILADORES;

GERAL  
PACIENTES: ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL;  
DIMENSOES, PESO: 238X250X163MM, APROXIMADAMENTE 3  
KG;  
TRACADO / TELA: 4 FORMAS DE ONDAS, VELOCIDADE  
6.25, 12.5, 25, 50MM/SEG, VALRES NUMERICOS DOS  
PARAMETROS.

INDICADORES  
CATEGORIA DE ALARM (2 NIVEIS DE PRIORIDADE);  
LUZ DE ALARME NA ALCA DE TRANSPORTE;  
TOM DE PULSIO, LIMITES DE ALARMES SELECIONAVEIS;  
ESTADO DA BATERIA, INDICACAO EXTERNA POR LED.

INTERFACES  
CONECTOR DE ENTRADA DC: 12 - 18 VDC, 2.5A;  
SINCRONIZACAO COM DESFIBRILADOR;  
NIVEL DE SINAL:PULSO 0-5V;  
AMPLITUDE DE PULSO: 100+-10MS;  
LAN SAIDA DIGITAL PARA TRANSFERENCIA DE DADOS;  
SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMEIRA;  
-0.3A EM 125VAC;  
-SAIDA DC: 5 VDC, 1A MAX.

BATERIA  
RECARREGAVEL DE LI-ION;  
AUTONOMIA DE 2 HORAS ;  
ARMAZENAMENTO DE DADOS: 128 HORAS DE TENDENCIAS,  
20 ONDAS DE ALARMES DE 10 SEG;  
LINGUAGEM DO MENU / SW: PORTUGUES.

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
40	20,0000	UNIDADE	41222	COLAR CERVICAL PARA RESGATE M COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E ABERTURA PARA PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA.						
41	20,0000	UNIDADE	41223	COLAR CERVICAL PARA RESGATE P COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E ABERTURA PARA PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA.						
42	50,0000	UNIDADE	41227	ESFIGMOMANOMETRO (APARELHO DE PRESSAO) - FECHAMENTO EM VELCRO - ADULTO. DESCRICAO: FECHO DE VELCRO - MANGUITO E PERA EMPVC - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - TAMANHO DA BRACADEIRA MODELO ADULTO: (DESTINADA A UMA CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 22-28CM): 14,5 (L) X 52CM (C) - TAMANHO DO MANGUITO: 12 (L) X 22CM (C) - FAIXA DE MEDICAO: 0 - 300MMHG - VALOR DE UMA DIVISAO: 2MMHG - TOLERANCIA: +/- 3MMHG. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 MANOMETRO; 1 BRACADEIRA EM MANGUITO; PERA COM VALVULA DE DEFLACAO; 1 ESTOJO PARA VIAGEM; 1 MANUAL DE INSTRUCAO (EM PORTUGUES).						
43	10,0000	UNIDADE	41228	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - FECHAMENTO EM VELCRO - INFANTIL DESCRICAO: -BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO. -BRACADEIRA PARA CIRCUNFERENCIA DE BRACO DE 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). -MANGUITO EM PVC (LATEX FREE). -ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM.						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				-VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: - 1 MANOMETRO (0-300 MMHG); - 1 BRACADEIRA INFANTIL - 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO); - PERA E VALVULA DE DEFLACAO;					
44	12,0000	JOGO	41234	JOGO DE ELETRODOS (PAS) ADULTO AUTOADESIVAS (PARA DEA LIFE 400 FUTURA - CMOS DRAKE).					
45	12,0000	JOGO	41235	JOGO DE ELETRODOS (PAS) INFANTIL AUTOADESIVAS (PARA DEA LIFE 400 FUTURA - CMOS DRAKE).					
46	2,0000	UNIDADE	41237	LAMPADAS DE INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA.					
47	5,0000	UNIDADE	43921	SUPORTE DE SORO EM ACO INOX COM 5 RODIZIOS ESPECIFICACOES: - Suporte de Soro em aco inox com 5 pes com rodizios giratorios com de 2" de diametro; - Base do suporte de soro em tubo de aco retangula inox de 30x20 x 1.20mm 05 pes; - Ajuste da altura por anel de fixacao; - Haste em tubo de aco inox redondo com 4 ganchos 'X' no topo.					
48	30,0000	UNIDADE	43680	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES INOX					
49	100,0000	UNIDADE	43688	MASCARA DE PROTECAO FACIAL. VISEIRA TRANSPARENTE PROTECAO CONTRA RESPINGO COM ELASTICO. EM POLIMERO TRANSPARENTE COM 98% DE TRANSPARENCIA E SUPER RESISTENTE PROTETOR FACIAL CONTRA RESPINGOS DE LIQUIDOS POSSUI ELASTICO E ESPUMA NA REGIAO DA TESTA.REGULAVEL.					
50	100,0000	UNIDADE	45443	ROLO DE PAPEL TERMICO ... ELECTROCARDIOGRAFO. MEDIDAS:240MM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO(COMPATIVEL COM O MODELO:BIONET CARDIOCARE 2000)					
51	20,0000	UNIDADE	45444	TALA PARA IMOBILIZACAO DE.. PERNAS EM E.V.A. TAMANHO GG.					
52	1,0000	UNIDADE	45445	APARELHO COMPACTO PARA ... ASPIRACAO PORTATIL DESCRICAO ASPIRADOR CIRURGICO DE SANGUE E SALIVA / BOMBA VACUO ASPIRADORA. POSSUI CAPACIDADE DE 1 LITRO, PODE SER USADO EM CLINICAS, CONSULTORIOS E HOME CARE. E LEVE, FACIL, PORTATIL E DE FACIL MANUSEIO.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

O FUNCIONAMENTO E ATRAVES DE SISTEMA PISTAO,  
ISENTO DE OLEO, SUPER SILENCIOSO VAZAO DE AR LIVRE  
15 L/MIN, FREQUENCIA 60HZ, E BIVOLT - 127/220  
VOLT, COM PRATICA ALCA PARA TRANSPORTE, FRASCO  
COLETOR COM CAPACIDADE DE ASPIRACAO DE ATE 1 LITRO  
E VALVULA DE SEGURANCA CONTRA TRANSBORDAMENTO,  
ACOMPANHA UMA MANGUEIRA EM SILICONE COM 2M DE  
COMPRIMENTO.

53 4,0000 UNIDADE 45446

BALANCA CLINICA DIGITAL ...  
BALANCA CLINICA, DIGITAL, ATE 200 KG,  
- COM ESTADIOMETRO ACOPLADO,  
- HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM,  
- TAPETE ANTIDERRAPANTE,  
- DISPLAY LED 6 DIGITOS,  
- FUNCAO TARA.  
CADEIRA DE BANHO  
FABRICADA PARA SUPORTAR ATE 100KG, COM ALTA  
RESISTENCIA A UMIDADE, SUPORTE PARA COMADRE,  
ENCOSTO EM COURINHO FLEXIVEL, APOIO DE PES  
REMOVIVEL, RODIZIOS GIRATORIOS COM TRAVA E  
ESTRUTURA DOBRAVEL.

54 1,0000 UNIDADE 45447

DESFIBRILADOR CARDIACO...  
ESPECIFICACOES GERAIS:  
CARGA REGULAVEL DE 1 A 360 JOULES AJUSTAVEIS  
ATRAVES DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5, 10, 20, 30,  
40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360.  
SELECAO E CARGA MEDIANTE COMANDO UNICO. ESTE  
RECURSO AMPLIA E AGILIZA SUA OPERACAO.  
CIRCUITO DE APLICACAO MANTEM O PACIENTE TOTALMENTE  
ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE ELETRICA E DO TERRA.  
CIRCUITO DE SINCRONISMO REALIZA CARDIOVERSAO COM A  
ONDA "R" FORNECIDA PELO MONITOR MX-10 / MX-20 /  
MX-300.  
DESCARGA AUTOMATICA DE ENERGIA ARMAZENADA APOS  
CADA APLICACAO.  
TEMPO MAXIMO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS.  
DESCARGA CAPACITIVA AMORTECIDA (LOWN).  
3 CIRCUITOS DE PROTECAO:  
- DESLIGAMENTO POR TEMPO;  
- DESLIGAMENTO POR TENSÃO; E  
- DESLIGAMENTO POR PROGRAMACAO.  
  
ACESSORIOS:  
1 CABO DE FORCA DE 3 PINOS (2,5M)  
1 PAR DE ELETRODOS EXTERNOS (ADULTOS)  
1 MANUAL DO USUARIO  
1 CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO  
  
ALIMENTACAO:  
VOLTAGEM 110/220 VOLTS - 50/60 HZ AUTOMATICA  
12 VDC / 400 WATTS  
BATERIA EXTERNA

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
55	1,0000	UNIDADE	45448	MESA MAYO INSTRUMENTAL CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOX. PES PROVIDOS DE RODIZIOS DE 2"; ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANIPULO; ACOMPANHA: BANDEJA EM ACO INOX; ALTURA MINIMA: 0,77M; ALTURA MAXIMA: 1.25M; DIMENSOES DA BANDEJA: 47,5 X 31,0 X 6,5.						
56	1,0000	UNIDADE	12384	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR COM ILUMINACAO - LENTES COM APLICACOES DE 10X, 40X, 100X CARACTERISTICAS: CABECOTE BINOCULAR SIEDENTOPF, INCLINADO A 30 GRAUS E COM ROTACAO 360; OCULARES DE CAMPO AMPLO WF10X (18 MM) E WF16X (11 MM); REVOLVER QUADRUPLA; OBJETIVAS ACROMATICAS 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, OLEO); FOCO COAXIAL GROSSO E FINO COM AJUSTE DE TENSAO; PLATINA RETANGULAR COMPOSTA DE DUPLA CAMADA MECANICA; CONDENSADOR DE FOCO AJUSTAVEL (PINHAO E CREMALHEIRA 1,25 N.A); DIAFRAGMA/IRIS COM SUPORTE DE FILTRO; ILUMINACAO LED 3W COM CONTROLE DE INTENSIDADE; FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA. REGISTRO ANVISA. CADA CAIXA CONTEM: 01 MICROSCOPIO; 02 PARES DE OCULARES; 01 CAPA PROTETORA; 01 CABO PADRAO ABNT; 01 OLEO DE IMERSAO; 01 FILTRO AZUL; 01 MANUAL DE INSTRUCOES						
57	15,0000	UNIDADE	24767	OTOSCOPIO DE LED E FIBRA OPTICA COM ESTOJO						
58	4,0000	UNIDADE	36376	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM CURVA PLETISMOGRAFICA Caracteristicas Gerais: - Medicao de SpO2; - Frequencia de pulso - Tela de onda pletismografica; - Compativel com software de gestao de dados; - Indicador de Perfusao; - Tela LCD; - Alarme audiovisual; - Tabelas de tendencia; - Grande capacidade de armazenamento; - Tecnologia para melhor performance;						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

Desenvolvido com tecnologia de ponta e parametros otimizados , o Sense 10 um oximetro de pulso porttil capaz de realizar uma medio sensvel e confiavel dos nveis de oxigenacao no sangue mesmo sob dificeis condicoes de uso  
- Sensor de dedo de alta precisao:  
Design para melhor obtencao de sinal .  
- Gestao de Dados:  
A compatibilidade com o software Patient Care permite a gestao dos dados obtidos do paciente e visualizacao pelo PC.  
- Modo de operacao: Contnuo;  
Caracteristicas: Display LCD com Back light  
Medicao e apresentacao simultanea do valor de SpO2, forma de onda plestimografica, frequencia de pulso e intensidade do sinal de frequencia de pulso; Relogio;  
Selecao de tipo de pacientes: ADU - Adulto ou Pediatrico ou  
NEO(A escolher ) - Neonatal;  
Desligamento automatico para economia de energia aps 10 minutos ociosos;  
Possui grafico e tabela de tendencia de SpO2 e FP;  
Capacidade de armazenamento de ate 100 pacientes e 300hs de dados;  
Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de maximo e mnimo para todos parametros;  
Classificacao de alarmes: Nvel alto; Nivel Medio;  
Ajuste do volume de tom de pulso: 5 niveis;  
Sensibilidade: Baixa, Media, Alta; Possibilidade de alimentacao com 4 pilhas "AA" com tempo tipico de operacao 48hs; Alimentacao bateria Ni-MH com autonomia de ate 36 hs;  
Peso aproximado: 165g;  
Modos de operacao: Forma de onda; Numerico;  
Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (indice de perfusao); Memoria insuficiente;  
Alarme desligado; Armazenamento de dados;  
Identificacao do paciente; Tipo de paciente; SpO2;  
-Faixa de Medida: 0 a 100%.  
-Faixa de alarme: 0 a 100%.  
-Resolucao: 1%.  
-Exatidao ou precisao: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediatrico), ±3% (Neonato).  
-Tempo de resposta: 1 segundo Frequencia de Pulso (FP)  
-Faixa de Medida: 25 a 300 bpm.  
-Faixa de alarme: 0 a 300 bpm;  
-Resolucao: 1 bpm.  
-Exatidao ou precisao: ±2 bpm;  
-Tempo de resposta: 1 segundo;  
Acessorios:  
1 Sensor reutilizavel SpO2 tipo clip Adulto;  
1 Bolsa para transporte;

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

\*PLANO CONTABIL  
GES5544  
ANEXO1.662-862

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E A L T O J E Q U I T I B A  
3 2 - 5 A n e x o d o E d i t a l d e L i c i t a c a o - 2 0 2 2

Pag.0001  
13/06/22  
14:24:44

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00107/22 PREG0046/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	----------------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

1 Manual do usuario portugues.

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente