

Assunto: **Re: Fwd: ESCLARECIMENTO, PE 20/2023**
De <licitacao@altojequitiba.mg.gov.br>
Para: <saude@altojequitiba.mg.gov.br>, <bpadovan@prolife.com.br>, <frezende@prolife.com.br>
Data 31/08/2023 17:13



Boa tarde!

Segue abaixo a resposta da Secretária de Saúde: "Atendendo a solicitação de esclarecimento do ITEM 18: "DEFIBRILADOR CARDÍACO BIFÁSICO", informamos que o tempo de carga inferior a 5 segundos em 200J e inferior a 8 segundos em 360J, atende as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de Alto Jequitibá."

Edital 1.6 - As especificações constantes neste Edital são referências mínimas e não tem o intuito de direcionamento à marcas ou modelos específicos, mesmo quando mencionadas na descrição, visam apenas esclarecer às licitantes os produtos e equipamentos pretendidos pela Administração, como padrão de similaridade.

Att.

Simone

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO!

Setor de Licitação

Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá

(33)3343-1268

Em 31/08/2023 16:34, saude@altojequitiba.mg.gov.br escreveu:

Prezados,

Atendendo a solicitação de esclarecimento do ITEM 18: "DEFIBRILADOR CARDÍACO BIFÁSICO", informamos que o tempo de carga inferior a 5 segundos em 200J e inferior a 8 segundos em 360J, atende as necessidades do Pronto Atendimento Municipal de Alto Jequitibá.

Atenciosamente,

Matilde Coelho de Lemos Tavares

Secretária Municipal de Saúde de Alto Jequitibá-MG

Adm: 2021-2024 - Dias Melhores

Em 31/08/2023 15:50, licitacao@altojequitiba.mg.gov.br escreveu:

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO!

Setor de Licitação

Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá

(33)3343-1268

----- Mensagem original -----

Assunto:ESCLARECIMENTO, PE 20/2023

Data:31/08/2023 15:45

De:Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>

Para:"licitacao@altojequitiba.mg.gov.br" <licitacao@altojequitiba.mg.gov.br>

Cc:Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: PE 20/2023 – ITEM 18: “DEFIBRILADOR CARDÍACO BIFÁSICO”

O descritivo técnico solicita tempo de carga: “Rede e bateria < 6s”. Levando em consideração o aumento da competitividade do certame, questionamos, serão aceitas tecnologias que possuem tempo de carga inferior a 5 segundos em 200J e inferior a 8 segundos em 360J?

No aguardo,

Atenciosamente,



Bruna Padovan Marcondes dos Santos

Engenheira Biomédica – Especialista de Produtos Licitação

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.